



Hospital
Santa Teresinha
BRAÇO DO NORTE/SC

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2024
Processo nº 25000.08.59.35/2023-83
Convênio SICONV nº 944100/2023"

“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE”

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA – HOSPITAL SANTA TERESINHA – ABST/HST, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica e sem finalidade lucrativa, neste ato representada por seu Presidente Sr. Pedro Michels Neto, informa que está instaurando procedimento de cotação de preços destinada a seleção da proposta mais vantajosa, visando a aquisição dos equipamentos de utilização médico-hospitalar, de acordo com as características indicadas nos anexos I e II e segundo as condições estabelecidas no presente edital.

Os recursos que viabilizarão a aquisição do objeto deste procedimento de cotação são oriundos do Fundo Nacional de Saúde – **Processo nº 25000.08.59.35/2023-83 - Convênio SICONV nº 944100/2023**“Aquisição de Equipamento e Material para Unidade de Atenção Especializada em Saúde”

1. OBJETO

A presente cotação tem pôr fim a ampla consulta de preços para a aquisição dos equipamentos descritos nos Anexos deste instrumento:

- a) **ANEXO I** - Termo de Referência;
- b) **ANEXO II** – Minuta do Contrato;

2. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Os interessados deverão apresentar suas propostas de preços **até o dia 07 de fevereiro de 2024**, diretamente no Setor de Convênios da ABST-HST, localizada na Rua Jacob Batista Uliano, nº 1370, Centro – Braço do Norte/SC, horário das 8:30 às 12 horas e das 13:30 às 16:30 horas de segunda a sexta feira.

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços e a documentação de habilitação deverão ser protocoladas em envelopes separados, identificados e lacrados no Setor de Convênios, nos horários das 8:30 às 12 horas e das 13:30 às 16:30 horas de segunda a sexta feira, da seguinte forma:

DE:
(Nome da Empresa Proponente) – Fone/ _____
CNPJ:
Endereço (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado e CEP)
E-mail:

Para:
Associação Beneficente Santa Teresinha– ABST/HST
Rua Jacob Batista Uliano, 1370 – Centro – Braço do Norte/SC – CEP: 88.750-000
Processo nº 25000.08.59.35/2023-83 - Convênio SICONV nº 944100/2023
“COTAÇÃO DE PREÇOS 001/2024”

Objeto: “Aquisição de Equipamento e Material para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

ENVELOPE 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
A/C SETOR DE CONVÊNIOS

DE:

(Nome da Empresa Proponente) – Fone/Fax: _____

CNPJ:

Endereço (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado e CEP)

E-mail:

Para:

Associação Beneficente Santa Teresinha– ABST/HST

Rua Jacob Batista Uliano,1370 – Centro – Braço do Norte/SC – CEP: 88.750-000

Processo nº 25000.08.59.35/2023-83 - Convênio SICONV nº 944100/2023

“COTAÇÃO DE PREÇOS 001/2024”

Objeto: “Aquisição de Equipamento e Material para Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

ENVELOPE 02: PROPOSTA DE PREÇO

A/C SETOR DE CONVÊNIOS

3.1. Dentro do envelope a empresa proponente deverá encaminhar a sua **PROPOSTA DE PREÇOS**, redigida em português, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente datada, numerada sequencialmente, rubricada e assinada pelo signatário da empresa, contendo as seguintes informações:

3.1.1. Identificação e endereço completo da empresa proponente;

3.1.2. CNPJ da empresa proponente;

3.1.3. Descrição do equipamento cotado de forma correta e clara;

3.1.4. Indicação do País de Origem, Fabricante, Marca e Modelo do equipamento ofertado;

3.1.5. Preço unitário e fixo dos equipamentos em moeda corrente nacional (CIF);

3.1.6. Validade da Proposta de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias;

3.1.7. Prazo de entrega – no máximo de 90 (noventa) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento;

3.1.8. Prazo de instalação imediata (tão logo os equipamentos sejam entregues na ABST/HST);

3.2. Juntamente com a proposta de preços, a empresa proponente deverá anexar, os seguintes documentos, relativos ao equipamento cotado:

a) Declaração assegurando que a garantia do equipamento será de no mínimo de 36 (trinta e seis) meses a contar da instalação e funcionamento do equipamento e abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo para a ABST/HST a este título no período supra descrito, obrigando-se ainda, independentemente de ser ou não fabricante, a efetuar a qualquer tempo, substituição do equipamento que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para a ABST/HST;

b) Apresentar Termo de Compromisso, *por escrito*, obrigando-se a promover a manutenção do equipamento, durante a vigência da garantia, sem qualquer ônus à ABST/HST, sempre que identificação e endereço completo da empresa proponente;

3.2.2. Descrição do equipamento cotado de forma correta e clara;

3.2.3. Indicação do País de Origem, Fabricante, Marca e Modelo do equipamento ofertado;

3.2.4. Preço unitário e fixo dos equipamentos em moeda corrente nacional (CIF);

b) A empresa deverá apresentar proposta de contrato de manutenção dos equipamentos pós garantia de no mínimo 36 (trinta e seis) meses;

c) Conter catálogos, folhetos ilustrativos;

- e) Declaração **EXPRESSA** de que o produto ofertado é equipamento novo, entendido como tal, de primeira utilização.
- f) Data, assinatura e identificação do signatário.
- g) Apresentar comprovação de Assistência Técnica na Região Sul do Brasil, compreendida entre os Estados de Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul.

3.3. Dentro do envelope a empresa proponente deverá encaminhar a sua **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, redigida em português, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, devidamente datada, numerada e assinada pelo signatário da empresa, contendo as seguintes informações:

3.3.1. Relativos à capacidade Jurídica

- a) **Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;
- b) **Inscrição do Ato Constitutivo**, no caso de Sociedades Cíveis, acompanhada de prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório;

3.3.2. Relativos a Regularidade Fiscal

- a) Prova de inscrição no **Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ)**;
- b) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa expedida pela **Secretaria da Receita Federal**, com relação à regularidade fiscal Federal;
- c) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa expedida pela **Secretaria da Fazenda Estadual, do estado onde se encontra localizada a empresa proponente**, com relação à regularidade fiscal estadual;
- e) Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa expedida pela **Secretaria de Finanças Municipal**, com relação à regularidade fiscal Municipal do município onde se encontra localizada a empresa proponente.
- f) Prova de regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF**;
- g) Prova de regularidade Trabalhista – **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**.

3.3.3. Qualificação Econômico-Financeira

- a) **Certidão Negativa de Falência ou Concordata** expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da empresa proponente.

3.3.4. Indicação do Responsável pela assinatura do Contrato

- a) Identidade e CPF;
- b) Procuração.

3.4. Apenas após a análise da documentação de habilitação da empresa é que será aberto o envelope de cotação de preço, caso não cumprido os requisitos necessários exigidos na etapa de habilitação, será desconsiderada a cotação e devolvido o envelope lacrado à empresa participante.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

4.1. O presente procedimento de cotação segue as regras da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 033/2023. A escolha da melhor proposta será realizada pela **Direção**, pela **Equipe Médica** e pela **Comissão Permanente de Cotação e Licitação**, com observação do conjunto de critérios descritos no item “4.2”, deste edital;

4.2. Além do melhor preço, será considerado como critério de escolha entre as propostas: a marca do (s) equipamento(s) cotado(s), prazos de entrega, prazo(s) de garantia, custos de manutenção, existência de outros equipamentos da mesma marca na Instituição (visando a padronização e a facilitação da manutenção e reposição de peças), avaliação da equipe técnica e dos profissionais que manusearão os equipamentos.

4.3. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: O julgamento do processo leva em consideração critérios holísticos com o uso da metodologia de Custo Total de Propriedade (do inglês TCO), ao longo do ciclo de vida do produto ou equipamento. Os fatores que regerão a disputa e respectivos pesos seguem transcritos abaixo:

4.3.1. FATOR Compatibilidade (C) – Este fator apura a Compatibilidade do item ofertado pela licitante em relação ao descritivo do Edital, de modo que um proponente pode não ter o produto 100% compatível com o descritivo, mas mesmo assim atender a FINALIDADE exigida pela instituição, em uma proporção menor de compatibilidade:

Relevância	Compatibilidade com os descritivos	Conformidade
5	Totalmente compatível com o item descrito no edital, com compatibilidade acima do lote ora licitado.	Análise documental
4	Totalmente compatível com o item descrito no edital, com compatibilidade igual ao lote ora licitado.	Análise documental
3	Parcialmente compatível com o item descrito no edital, com características acima do lote ora licitado.	Análise documental
2	Parcialmente compatível com o item descrito no edital, com características iguais ao lote ora licitado.	Análise documental
1	Incompatível com o item descrito no edital, com características diferentes do lote ora licitado.	Análise documental

Pontuação Máxima do Fator: 50 pontos

Divisão entre pontuações: 5 pontos

4.3.2. FATOR Propriedade (P) - Este fator apura os Custos Totais de Propriedade (do inglês TCO) ao longo do ciclo de vida do produto ou equipamento. Esta ferramenta leva em conta **atividades transacionais** (relacionadas com a efetivação do pedido e com os custos incorridos com o transporte e recebimento do produto e inclui também o preço da compra (custo direto), impostos de aquisição e desembaraço, transporte do produto), bem como **atividades pós-transacionais** (são os custos incorridos em ações realizadas após a entrega do produto ou serviço do fornecedor), tais como os custos de implementação, custos de suporte mensal, consumo de recursos da infraestrutura hospitalar como água, gases e energia elétrica, custo de peças de reposição e custos de manutenção, reparo e operação (MRO). A pontuação é apurada pelo resultado percentual da somatória de valores de consumo no tempo de vida estimado t (10 anos p.ex.) somados ao custo inicial, dividido pelo valor de aquisição do item lançado no edital. O percentual é classificado numa das 5 faixas abaixo:

Relevância	Custo Total de Propriedade	Conformidade
5	Abaixo de 1,50 (50%) do custo inicial do item	Diligências + cálculo
4	Entre 1,50 e 2,00 (50% a 100%) do custo inicial do item	Diligências + cálculo
3	Entre 2,00 e 3,00 (100% a 200%) do custo inicial do item	Diligências + cálculo
2	Entre 3,00 e 4,00 (200% a 300%) do custo inicial do item	Diligências + cálculo
1	Acima de 4,00 (300%) do custo inicial do item	Diligências + cálculo

Pontuação Máxima do Fator: 50 pontos

Divisão entre pontuações: 5 pontos

4.3.3. FATOR Qualidade (Q): Este fator apura a maturidade dos processos internos da Licitante na fabricação dos equipamentos, com base na observância de padrões e normas ISO 9000, nas normas ABNT-IEC-60.601 e suas normas colaterais e acessórias, além de diligências e provas de conceito realizadas dentro e fora da instituição, de conformidade com a tabela abaixo:

Relevância	Qualidade Percebida	Conformidade
5	Totalmente compatível com o item descrito no edital, com características acima do lote ora licitado.	Diligência técnica
4	Totalmente compatível com o item descrito no edital, com características iguais ao lote ora licitado.	Diligência técnica
3	Totalmente compatível com o item descrito no edital, com características de magnitude menor que o lote ora licitado.	Diligência técnica
2	Parcialmente compatível com o item descrito no edital, com características de qualidade menores do que o aceitável na instituição.	Diligência técnica
1	Incompatível com o item descrito no edital, com características de qualidade menores do que o aceitável na instituição.	Diligência técnica

Pontuação Máxima do Fator: 50 pontos
Divisão entre pontuações: 5 pontos

4.3.4. FATOR Suporte de Serviços (S) - Este fator apura a capacidade de Suporte da Licitante, declarada pelo(s) seu(s) cliente(s) através de diligências realizadas pelo Serviço de Engenharia Clínica da instituição, denotando características da prestação de serviços relacionadas com o Objeto desta Licitação, considerando-se suas parcelas de maior relevância. Engloba a proximidade geográfica com a instituição, pois o EAS considera que isto garante uma pronta resposta e no menor tempo possível, sendo os mais distantes em relação à sede da unidade hospitalar (maior tempo de resposta) os com menor pontuação, e vice-versa:

Relevância	Suporte de Serviço	Conformidade
5	Equipe de suporte de serviços atendida diretamente pela fábrica, com base de serviços localizada num raio de 300 km da sede da instituição, com Responsável Técnico registrado no sistema CREA/CONFEA.	Diligência técnica
4	Equipe de suporte de serviços atendida por representante ou preposto, com base de serviços localizada num raio de 300 km da sede da instituição, com Responsável Técnico registrado no sistema CREA/CONFEA.	Diligência técnica
3	Equipe de suporte de serviços atendida diretamente pela fábrica, com base de serviços localizada num raio de mais de 300 km da sede da instituição, com Responsável Técnico registrado no sistema CREA/CONFEA.	Diligência técnica
2	Equipe de suporte de serviços atendida por representante ou preposto, com base de serviços localizada num raio de mais de 300 km da sede da instituição, com Responsável Técnico registrado no sistema CREA/CONFEA.	Diligência técnica



Hospital
Santa Teresinha
BRACO DO NORTE/SC

1	Proponente não possui evidências de equipe de suporte de serviços constituída ou nomeada formalmente, que possa suportar o equipamento durante seu ciclo de vida	Diligência técnica
---	--	--------------------

O cálculo da pontuação técnica desse Fator deverá observar equidade entre todos os participantes, independentemente de sua condição de pequena, média ou grande empresa.

Pontuação Máxima do Fator: 50 pontos

Divisão entre pontuações: 2 pontos

4.3.5. FATOR Padronização do Modelo (M) - Este fator apura o alinhamento do modelo/marca ofertado em relação aos modelos usados na instituição solicitante, pois a preexistência de outros equipamentos da mesma marca na Instituição aumenta a padronização e facilita a manutenção e reposição de peças, diminuindo o custo total de propriedade:

Relevância	Padronização de marca/modelo	Conformidade
5	A instituição utiliza unicamente a mesma marca e do lote ora licitado.	Diligência técnica
4	Totalmente compatível com o item descrito no edital, com características iguais ao lote ora licitado.	Diligência técnica
3	Totalmente compatível com o item descrito no edital, com características de magnitude menor que o lote ora licitado.	Diligência técnica
2	Parcialmente compatível com o item descrito no edital, com características de qualidade menores do que o aceitável na instituição.	Diligência técnica
1	Incompatível com o item descrito no edital, com características de qualidade inaceitáveis na instituição.	Diligência técnica

O cálculo da pontuação técnica desse Fator deverá observar equidade entre todos os participantes, independentemente de sua condição de pequena, média ou grande empresa.

Pontuação Máxima do Fator: 50 pontos

Divisão entre pontuações: 5 pontos

4.3.6. APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE:

A determinação da Pontuação Técnica (PT) de cada proposta será feita por meio do somatório das multiplicações das notas obtidas pelos respectivos pesos, atribuídos a cada fator de avaliação, conforme fórmula abaixo.

FATORES DE PONTUAÇÃO	PESO
Compatibilidade (C)	3
Propriedade (P)	3
Qualidade (Q)	2
Suporte e Serviços (S)	1
Padronização da Marca (M)	1
TOTAL	10

$$PTL = (3 \times NTC) + (3 \times NTP) + (2 \times NTQ) + (1 \times NTS) + (1 \times NTM)$$

Onde:

NTC = Pontuação apurada para o Fator Compatibilidade

NTP = Pontuação apurada para o Fator Propriedade

NTQ = Pontuação apurada para o Fator Qualidade

NTS = Pontuação apurada para o Fator Suporte a Serviços

NTM = Pontuação apurada para o Fator Padronização do Modelo

Considerando os critérios e valores apresentados para este certame, a Pontuação Técnica Máxima será de 500 pontos.

4.3.7. CÁLCULO DO ÍNDICE TÉCNICO (IT):

A determinação do índice técnico será feita mediante a divisão da Pontuação Técnica da proposta em maior Pontuação Técnica dentre as propostas em análise, considerando-se 2 (duas) casas decimais e desprezando-se as remanescentes, de conformidade com a fórmula abaixo:

$$IT = (PTL) / (PTLMax)$$

Onde:

IT = Índice Técnico

PTL = Pontuação Técnica de Licitante da Proposta em Exame

PTL Max = Maior Pontuação Técnica de Licitante apurada.

4.3.8. CÁLCULO DO ÍNDICE PREÇO (IP):

A determinação do índice de preço será feita mediante a divisão do menor preço proposto, dentre as propostas consideradas, pelo preço da proposta em exame, considerando-se 2 (duas) casa decimais e desprezando-se as remanescentes, de conformidade com a fórmula abaixo:

$$IP = (PTPMin / PTPL)$$

Onde:

IP = Índice Preço

PPLMin = Menor Pontuação Preço das Licitante.

PPL = Pontuação Preço da Licitante em exame

4.3.9. CÁLCULO DO ÍNDICE GERAL (IG):

O Índice Geral será obtido pela seguinte fórmula:

$$IG = (0,65 * IT) + (0,35 * IP)$$

Onde:

IG = Índice Geral;

IT = Índice Técnico;

IP = Índice Preço;

4.3.10. FUNDAMENTAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DA OFERTA:

Será declarada vencedora do item da Licitação, a empresa que obtiver o maior IG dentre as propostas apuradas.

A pontuação final das ofertas por item, incluindo técnica e preço, realizada pela maior média ponderada das notas técnicas e notas financeiras, na proporção de 65% para técnica e 35% para preço.



Hospital
Santa Teresinha
BRAÇO DO NORTE/SC

Esta base está instituída no diploma legal RDC (regime diferenciado de compras públicas) instituído pela Lei 12.462/2011 que admite ponderação de até 70% do fator mais relevante (art. 20, §2º). Adicionalmente, a instituição hospitalar poderá, a seu livre critério, pleitear uma eventual redução do valor originalmente ofertado pela proponente de melhor pontuação **IG** (art. 18 a 24 do Decreto Federal 7.581/2011).

4.4. Após a homologação do processo a empresa será avisada e a mesma deverá firmar o contrato de fornecimento, contendo as condições da compra e venda ora efetivada, inclusive com previsão de aplicação de multa diária para o caso de mora no cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital e constante da proposta de preços oferecida;

4.5. A entrega do(s) produto(s) adquirido(s) deverá ser única e efetuada após autorização de fornecimento, diretamente no prédio sede da ABST/HST, localizada na Rua Jacob Batista Uliano, nº 1370, Centro – Braço do Norte /SC, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 08h às 17h, acompanhado da respectiva nota fiscal e mediante prévia comunicação à ABST/HST.

4.6. O pagamento relativo à aquisição dos equipamentos será efetuado, à vista, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, diretamente a empresa contratada, contados da entrega do equipamento e instalação.

4.6.1. A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado, Fabricante, País de Origem, modelo, descrição técnica detalhada. Além de mencionar o número do Contrato, o número da presente cotação de preços e da Autorização de Fornecimento.

4.7. A empresa fornecedora deverá executar a montagem, instalação e teste inicial de funcionamento do produto, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da chegada do equipamento na ABST/HST.

4.8. A empresa fornecedora deverá garantir o fornecimento de peças, componentes e acessórios descontinuados por 5 (cinco) anos, a contar da aquisição do equipamento.

4.9. As descrições constantes no Anexo I deste instrumento servem apenas de parâmetro para as empresas interessadas, não excluindo qualquer marca ou modelo de características semelhantes.

4.10. A apresentação de proposta à presente cotação de preços implica em aceitação tácita, por parte da proponente/fornecedora de todas as condições e obrigações constantes neste Edital de Cotação.

4.11. Dúvidas poderão ser dirimidas, através do Fone (48) 3658.9407, ou pelo e-mail – convenio@hospitalsantateresinha.org.br.

Braço do Norte/SC, 22 de janeiro de 2024.

Pedro Michels Neto
Presidente

Vitor Hugo Abitante
Diretor Geral

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Item 01	Quantidade
<u>11422- Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica</u>	01
<p>Características mínimas:</p> <p>Sistema digital de alta resolução superior a 860.000 canais digitais de processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, musculoesquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transfontanela, cerebrovascular, cardiologia e demais</p> <p>Características: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios. Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Monitor LED colorido superior a 21,5 polegadas; Tela de ao menos 10,1 polegadas sensível ao toque tipo touchscreen acoplada ao painel; Painel de controle com ajuste de altura, Faixa dinâmica acima de 256Db; Frame Rate de pelo menos 1200 quadros/segundo em 2D; SSD com no mínimo 512 GB; Conexão em rede digital DICOM 3.0 com visualização da lista de trabalho; Exportação de imagens em formato compatível PC; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo quatro transdutores Color Power Angio Harmônica Tecidual e de Pulso Invertido Reconstrução 3D com recurso de visualização MPR Modo-M, Modo M-Anatômico, Doppler Colorido, Doppler Pulsado (PW), Doppler Contínuo (CW) Revisão Cineloop para imagens 2D, Modo-M e Doppler; Modo-M e Doppler; Ferramentas de medições incluindo: distância, profundidade, área e circunferência; Imagens em tons de cinza 2D; Doppler de tecido; Imagem Harmônica Tecidual (THI) com a tecnologia de inversão de pulso; Imagem panorâmica; Otimização para ajustar o desempenho do fluxo de banda larga para se adaptar imediatamente a diferentes estados de fluxo; Software para Otimização automática do Color Doppler com apenas um botão; Software para Ajuste automático do Doppler espectral com apenas um botão; Doppler Tecidual colorido e espectral; Modos B, BB, BM, M tela inteira, Doppler pulsado, contínuo e tecidual dirigível; Color M-mode, Doppler colorido, Doppler espectral (pulsado e contínuo) em tela inteira; Função Doppler tecidual (color e espectral); Colorização de imagens nos modos B, M e Doppler; Imagem de Segunda Harmônica tecidual; Imagem de Segunda Harmônica com tecnologia de inversão de fase ou pulso invertido; Memória para revisão de imagens de Modo-M ou Espectro de Doppler; Possibilidade futura de software cardiológico adulto e pediátrico; Possibilidade de conexão para transmissão de imagens para dispositivos móveis.</p> <p>Transdutores: Todos os transdutores multifrequenciais em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências:</p> <p>Transdutor Convexo com faixa de frequência de 2 a 8 MHz com 192 elementos</p> <p>Transdutor Linear com faixa de frequência de 5 a 12 MHz com 50 mm de abertura no campo de visão.</p> <p>Transdutor Endocavitário com faixa de frequência de 4 a 9 MHz e 148° de abertura</p> <p>Aquecedor de gel integrado ao equipamento para maior conforto do usuário;</p> <p>Software para facilitar a visualização das agulhas nos exames;</p> <p>Software que permite criar protocolos predefinidos simplificando a rotina do exame;</p> <p>Software que permita selecionar com um toque as combinações mais comuns de transdutor e preset;</p> <p>Software para homogeneização de ganho e Doppler com apenas um toque; pós-processamento de imagem;</p> <p>Software que permite a medição automática da espessura média intimal;</p> <p>Software para realização de Imagem Panorâmica;</p> <p>Nobreak compatível ao equipamento</p>	



Hospital
Santa Teresinha
BRACO DO NORTE/SC

<p>Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, a contar do término da instalação do equipamento, com realização de manutenção preventiva durante o período de garantia (com emissão de laudo/certificado) conforme manual do fabricante (incluindo peças que por este venham a ser indicadas em manual para substituição na manutenção preventiva)</p> <p>Possuir treinador (application) no máximo a até 250 km do município de Braço do Norte SC, comprovado com comprovante de residência, para que haja um auxílio na configuração do aparelho no prazo de até 24h após a entrega do aparelho para início da realização dos exames;</p> <p>Possuir assistência técnica com empresa física no máximo até 500 km do município de Braço do Norte PR, comprovada por comprovante de endereço, para que haja um suporte de atendimento do técnico em até 24 horas;</p> <p>Deverá possuir um técnico, residindo no máximo no máximo até 200 km do município de Braço do Norte PR, comprovado por um documento da mesma, sem necessidade em ser da empresa licitante, resultando em um atendimento mais ágil, bem como evitar prejuízo aos pacientes de médio e alto risco atendidos pela Contratante em caso de interrupção do atendimento</p>	
Item 02	Quantidade
<u>000662- Mesa Ginecológica Elétrica</u>	01
<p>Para exame ginecológico elétrica, constituída em aço com tratamento antiferrugem, pintura epóxi sendo as carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema com motores isentos de óleo e sensor fim de curso, deve ter controle e proteção dos motores contra sobrecarga. Deve haver bloqueio dos motores com aviso sonoro e visual. Estofamento confeccionado com espuma injetada e revestido em courvim. Deve possuir sistema de acionamento individual ou simultâneo do assento, encosto e perneira. Deve possuir altura máximo de trabalho 1,05m e altura mínima de 0,70m; Largura do assento deve ter o mínimo de 0,54m; Carga mínima de trabalho 250kg. Deve trazer como acessórios apoio de braço, gaveta auxiliar para coleta; bandeja, porta coxa, calcanheira, foco de luz com haste flexível.</p>	
Item 03	Quantidade
<u>001488- Carro Maca Simples (para Obeso)</u>	01
<p>Maca para transporte de pacientes com estrutura em tubos de aço carbono, chapa de no mínimo 2 a 3 mm de espessura; Tratamento químico de superfície, preparado para receber pintura eletrostática a pó, com secagem em estuda a temperatura mínima de 220°C, alta resistência e uniformidade de micros em toda superfície; Leito em material TS 100% rádio transparente; Rodas de no mínimo 6" em material termoplástico de alta resistência, disposto de rolamentos radial e axial; Sistema de freio nas 4 rodas; Mínimo de 2 grades em aço inox ou termoplástica com sistema de recolhimento; Deve conter suporte para soro em aço inox; Suporte em aço inox com dimensão 5/8" x 1,20mm com cinta para fixação de cilindro de oxigênio; Suporte localizado na seção Pereira, para monitor multiparametro; Possuir colchonete revestido em courvin ou visco elástico, fabricado em espuma laminada com mínimo de 07cm de espessura e densidade mínima de 28 cobrindo toda a extensão do leito; Dimensões mínimas; C1900mm x L=600mm, Altura máxima: 750mm, Altura mínima 550mm; Capacidade de carga do paciente 250Kg. Página 10 de 15</p>	
Item 04	Quantidade
<u>000071-Aspirador de Secreções Elétrico Móvel</u>	01
<p>Aspirador móvel, utilizado nos procedimentos de aspirar secreção. a partir de 50 lpm/termoplástico ou vidro/recarregável bivolt.</p>	
Item 05	Quantidade
<u>010805 - Carro Maca Avançado - (para Obeso)</u>	01
<p>Maca para transporte de pacientes com estrutura em tubos de aço carbono, chapa de no mínimo 2 a 3 mm de espessura; Tratamento químico de superfície, preparado para receber pintura eletrostática a pó, com secagem em estuda a temperatura mínima de 220°C, alta resistência e uniformidade de micros em toda superfície; Deve possuir no mínimo os movimentos</p>	



Hospital
Santa Teresinha
BRACO DO NORTE/SC

trendelenburg mínimo de 12°, Proclive mínimo de 12° e elevação; Movimento de dorso mínimo de 80° e pernas através de sistema de molas a gás de alavancas; Sistema de elevação realizado através de colunas hidráulicas movimentadas por pedais localizados em ambos os lados do carro maca; Deve possuir quinta roda retrátil; Leito em material TS 100% rádio transparente; Rodas de no mínimo 6" em material termoplástico de alta resistência, disposto de rolamentos radial e axial; Sistema de freio nas 4 rodas; Mínimo de 2 grades em aço inox ou termoplástica com sistema de recolhimento; Deve conter suporte para soro em aço inox; Suporte em aço inox com dimensão 5/8" x 1,20mm com cinta para fixação de cilindro de oxigênio; Suporte localizado na seção Pereira, para monitor multiparamentros; Possuir colchonete revestido em courvin ou visco elástico, fabricado em espuma laminada com mínimo de 07cm de espessura e densidade mínima de 28 cobrindo toda a extensão do leito; Dimensões mínimas; C1900mm x L=600mm, Altura máxima: 750mm, Altura mínima 550mm; Capacidade de carga do paciente 250Kg.

Braço do Norte/SC, 22 de janeiro de 2024.

Pedro Michels Neto
Presidente

ANEXO II

CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Contrato nº _____/2024

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA TERESINHA - HOSPITAL SANTA TERESINHA, entidade filantrópica sem fins lucrativos, estabelecida na Rua Jacob Batista Uliano, nº 1.370, Braço do Norte/Santa Catarina, inscrita no CNPJ n.º 86.437.845/0001-64, neste ato representada por seu Presidente Pedro Michels Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 029.473.829-00 doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a Empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, com sede na Rua _____, nº Bairro _____ cidade _____ – Brasil, neste ato representada por seu representante legal, _____, (estado civil), (profissão), inscrito no CPF nº 000.000.000-00, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a aquisição, pela CONTRATANTE, do seguinte equipamento:

Item	Quantidade	Valor Unitário R\$
TOTAL		

Parágrafo Único. As especificações do(s) equipamento(s) descritos nesta cláusula constam da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA, no processo de cotação de preços nº 001/2024 e integram o presente instrumento para todos os fins.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO BEM

O objeto deste contrato deverá ser entregue pela CONTRATADA no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Autorização de Fornecimento, que passa a integrar este instrumento para todos os fins.

§1º. A entrega do(s) objeto(s) deste contrato deverá ser feita pela CONTRATADA diretamente no Almoxarifado do Hospital Santa Teresinha, localizado na Rua Jacob Batista Uliano, nº 1.370, Centro, Município de Braço do Norte/Santa Catarina, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre as 08h e 17h, acompanhado da respectiva nota fiscal.

§2º. Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento, objeto deste instrumento.

§3º. O equipamento deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem marca, destino, e as demais características que o identifiquem, acompanhado de 02 (duas) vias da fatura comercial com as especificações detalhadas ou documento equivalente que permita a conferência do equipamento, no ato de recebimento.

§4º. O equipamento deverá ser inteiramente novo, sem utilização de peças recuperadas, restauradas, refabricados ou reconicionados.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Recebido o objeto do presente contrato pela CONTRATANTE reserva-se esta no direito de devolvê-lo no prazo de até 5 (cinco) dias, se verificado o não atendimento integral da quantidade e especificações contratadas.

§1º. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:

a. quanto a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, optando por sua substituição ou rescisão do contrato, sem prejuízo de outras penalidades atribuíveis à CONTRATADA;

b. aceita a substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação expressa, mantendo-se o preço inicialmente contratado.

c. se a irregularidade se referir à diferença de quantidade ou de partes, a CONTRATANTE poderá determinar a complementação nos prazos descritos no item anterior” b” ou rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

d. se acatada a complementação, a CONTRATADA se obriga a fazê-la de acordo com as indicações da CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação expressa, mantendo-se o preço inicialmente contratado.

§2º. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a instalação e verificação do correto funcionamento do(s) equipamentos, que será realizado pela CONTRATADA na companhia de um preposto designado pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO

A CONTRATADA se obriga a fornecer o objeto deste contrato, garantindo assistência técnica durante 36 (trinta e seis) meses, contados da efetiva entrega e instalação do equipamento, de acordo com a proposta oferecida e nas condições estabelecidas neste contrato.

§1º. Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como: conserto, substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos bens, correrão por conta da CONTRATADA, sem nenhum ônus à CONTRATANTE.

§2º. O atendimento às solicitações para a prestação de assistência técnica deverá ser efetuado pela CONTRATADA ou por quem esta designar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação da CONTRATANTE.

§3º. Havendo necessidade de um prazo superior a 10 (dez) dias úteis para a correção dos defeitos apresentados, a CONTRATADA se obriga a fornecer à CONTRATANTE, enquanto durar o conserto, bens similares e em condições de serem por ela utilizados imediatamente.

CLÁUSULA QUINTA – MANUTENÇÃO TÉCNICA PÓS GARANTIA

A CONTRATADA se obriga a fornecer, após o término da garantia, assistência e manutenção técnica durante 36 (trinta e seis) meses, de acordo com a proposta oferecida e nas condições estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do equipamento será efetuado em parcela única e no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data da instalação do equipamento pela CONTRATANTE, exclusivamente por meio de depósito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, vedada qualquer outra forma de pagamento.

Parágrafo Único. No caso de o pagamento não ser efetuado no prazo anteriormente previsto, incidirão sobre a quantia devida, correção monetária e juros moratórios, estes à razão de 0,5% ao mês, calculados *pro rata tempore*.

CLÁUSULA SÉTIMA - SÉTIMA

O contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até o término de disponibilização de peças, componentes e acessórios descontinuados.

CLÁUSULA OITAVA – VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O valor do presente contrato é de R\$ _____ (), que serão pagos pela CONTRATANTE, com recursos oriundos do **Convênio Siconv nº 944100/2023 Processo nº 25000.08.59.35/2023-83**, celebrado e firmado entre a **ABST e o Fundo Nacional de Saúde – MS**.

Parágrafo Único. O preço contratado permanecerá fixo e irrevogável.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Além das obrigações constantes nas cláusulas deste contrato, obriga-se à CONTRATADA a:

1. Designar expressamente um funcionário responsável para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à assistência técnica dos equipamentos, dos bens adquiridos e do fornecimento de peças, componentes e acessórios descontinuados;
2. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;
3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, tais como transportes, frete, carga e descarga etc., inclusive em relação a eventuais danos ao equipamento, oriundos de transporte, carga e descarga;
4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na data de apresentação das propostas à Cotação de Preços nº 001/2024;
5. Dar ciência imediata e expressamente à CONTRATANTE de qualquer anormalidade surgida na execução do contrato;
6. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, ainda que sob a fiscalização daquela;

7. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato;
8. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela CONTRATANTE;
9. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sob pena de imposição de multa diária no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) até o cumprimento integral das obrigações assumidas;
10. Deverá garantir o fornecimento de peças, componentes e acessórios descontinuados por 5 (cinco) anos, a contar da aquisição do equipamento;
11. Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto pactuado, para os servidores do Fundo Nacional de Saúde – MS e dos órgãos de controle interno e externo, a fim de que, no exercício de suas atribuições, exerçam atividades de acompanhamento e fiscalização da execução do projeto, nos termos da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 033/2023;
12. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais e/ou serviços oferecidos na execução desde contrato, inclusive na promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado.

CLAUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

1. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual;
2. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações;
3. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários solicitados expressamente pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A **CONTRATADA** não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS BENS CONTRATADOS

A **CONTRATADA** se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo da **CONTRATANTE**, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

Parágrafo Único. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Sem prejuízo da multa anteriormente prevista com relação ao cumprimento dos prazos estabelecidos, na hipótese de descumprimento de outras obrigações aqui assumidas, a **CONTRATANTE** poderá aplicar multa de até 10% (dez por cento) do valor total descrito na cláusula sétima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
 - a) Disposições gerais sobre a participação no processo de cotação nº 001/2024
- Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada em Saúde;
 - b) a proposta apresentada pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCALIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE



Hospital
Santa Teresinha
BRAÇO DO NORTE/SC

Os CONTRATANTES desde já declaram que autorizam o livre acesso de servidores vinculados diretamente ao CONCEDENTE, bem como aos órgãos integrantes dos Sistemas de Controle Interno e Externo aos quais estejam subordinados o CONCEDENTE e o CONVENIENTE, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, no que concerne à execução dos serviços vinculados à contratação e custeados por meio deste convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Braço do Norte/SC.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas a tudo ciente.

Braço do Norte (SC) ____ de _____ de 2024.

Pedro Michels Neto
Presidente
ABST/HST
Contratante

Contratada

Testemunhas

Nome:

Nome:

CPF:

CPF: